



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



I.DZP.23110.Tp1-80.2024

Kalisz, 04.12.2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa aparatu do uwalniania substancji czynnej z komór dyfuzyjnych Franza wraz z komorami Franza oraz AED treningowego”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuszcza czas dostawy (realizacji zamówienia) do 14 tygodni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie zadania nr 1- Dostawa aparatu do uwalniania substancji czynnej z komór dyfuzyjnych Franza wraz z komorami Franza zmienia okres realizacji na 100 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści obroty mieszadła programowalne, mieszczące się w zakresie wartości od 300 do 1000 obr./min

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie zadania nr 1- Dostawa aparatu do uwalniania substancji czynnej z komór dyfuzyjnych Franza wraz z komorami Franza dopuszcza obroty mieszadła programowalne, mieszczące się w zakresie wartości od 300 do 1000 obr/min

UWAGA:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert: 12.12.2024 r. godz. 11.00

Aktualny termin otwarcia ofert: 12.12.2024 r. godz. 11.30

Termin związania ofertą: 10.01.2025 r.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
/-/
mgr inż. Mariusz Pawlaczyk